

32793 Preventief gezondheidsbeleid

Nr. 910 Brief van de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2026

Het kabinet is bekend met de berichtgeving over de Linnox-draden van fabrikant Biotronik en deelt de zorgen over de veiligheid en informatievoorziening aan patiënten. Uit de beschikbare informatie blijkt dat cardiologen sinds 2013/2014 signalen over slijtage van deze draden serieus hebben genomen en hebben gemeld bij de fabrikant en toezichthouder. De beroepsgroep geeft aan extra alert te zijn geweest op tekenen van slijtage tijdens de normale ziekenhuiscontroles en thuismonitoring. Niet alle patiënten zijn actief benaderd, omdat er geen officiële veiligheidswaarschuwing was en de beroepsgroep onnodige onrust wilde voorkomen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft aan dat het aantal meldingen over de Linnox-draden niet afwijkt van andere draden. Toch heeft de IGJ vragen gesteld aan de Duitse fabrikant over het systeem van post market surveillance en treedt zij in gesprek met de Duitse toezichthouder over de prestaties van de Linnox-draden.

Het kabinet vindt het belangrijk dat patiënten tijdig en volledig worden geïnformeerd over relevante risico's die hun gezondheid kunnen raken. Het kabinet benadrukt dat dergelijke afwegingen door de beroepsgroep regelmatig opnieuw bezien moeten worden.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
S.T.M. Hermans