

291

Besluit van 15 juni 1983 tot wijziging van het Meetmethodebesluit (Stb. 1980, 539)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil, van 26 april 1983, nr. 683/530 W. J. A.;

Overwegende dat het Meetmethodebesluit (Stb. 1980, 539) wijziging behoeft in verband met de uitvoering van de richtlijn (EEG) nr. 82/624 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 juli 1982 (PbEG L 252), houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn (EEG) nr. 76/765 van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Statens inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol;

Gelet op de artikelen 9, tweede lid, en 21a van de IJkwet 1937 (Stb. 627);

De Raad van State gehoord (advies van 20 mei 1983 nr. W10.83.0257/24.3.20);

Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 8 juni 1983, nr. 683/672 W. J. A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 2, derde lid, van het Meetmethodebesluit (Stb. 1980, 539) worden de onderdelen a en b gelezen:

«a. indien de losse thermometer wordt gebruikt in combinatie met een EEG-geijkte alcoholmeter of areometer voor alcohol van de door Onze Minister krachtens artikel 28, tweede lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit aangewezen nauwkeurigheidsklasse I, moet de thermometer hetzij een metaalweerstandsthermometer zijn met een maximaal toelaatbare fout in plus of min van 0,1 °C, hetzij een kwikthermometer die is voorzien van:

1°. schaaldelen van 0,1 °C of 0,05 °C, waarvan de minimale lengte 0,8 mm bedraagt,

2°. deelstrepen die niet dikker zijn dan een vijfde van de lengte van het schaaldeel,

3°. een deelstreep bij 0 °C,
met een maximaal toelaatbare fout in plus of min van één schaaldeel;

b. indien de losse thermometer wordt gebruikt in combinatie met een alcoholmeter of een areometer voor alcohol, anders dan die bedoeld onder a, moet de thermometer een glazen kwikthermometer zijn, waarvan de schaalverdeling zich uitstrekt tot 0 °C en is voorzien van:

1°. schaaldelen van 0,1 °C of 0,2 °C, waarvan de minimale lengte 0,8 mm bedraagt of schaaldelen van 0,5 °C, waarvan de minimale lengte 1 mm bedraagt,

2°. deelstrepen die niet dikker zijn dan een vijfde van de lengte van het schaaldeel,
met een maximaal toelaatbare fout in plus of min van 0,1 °C, indien de thermometer schaaldelen heeft van 0,1 °C, of 0,2 °C, indien de thermometer schaaldelen heeft van 0,2 °C of 0,5 °C.».

ARTIKEL II

1. In afwijking van artikel 2, tweede en derde lid, van het Meetmethodebesluit is tot de datum, bepaald in het vierde lid, in de gevallen, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder a en onder b, van dat besluit, het gebruik toegestaan van losse thermometers die voldoen aan de voorschriften van artikel 2, derde lid, onderscheidenlijk onder a of onder b, van voorengenoemd besluit, zoals die voorschriften laatstelijk vóór de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit luiden.

2. In afwijking van artikel 3, eerste lid, onder d, van het Meetmethodebesluit wordt tot de datum, bepaald in het vierde lid, als gelijkwaardig aan een EEG-geijkte alcoholmeter of EEG-geijkte areometer voor alcohol tevens beschouwd een alcoholmeter of areometer voor alcohol, voorzien van een ingebouwde thermometer die voldoet aan door Onze Minister krachtens artikel 28, tweede lid, van het Algemeen EEG- IJkbesluit met betrekking tot, in alcoholmeters en areometers voor alcohol ingebouwde thermometers gestelde regelen, zoals die regelen laatstelijk vóór de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit luiden.

3. In afwijking van artikel 4, onder c, van het Meetmethodebesluit geldt artikel 8, eerste lid, onder b, van de IJkwet 1937 (Stb. 627) tot de datum, bepaald in het vierde lid, niet ten aanzien van:

a. losse thermometers waarvan het gebruik ingevolge het eerste lid is toegestaan;

b. alcoholmeters en areometers voor alcohol als bedoeld in het tweede lid.

4. De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde datum is de eerste dag van de dertiende kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 15 juni 1983

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. H. van Zeil

Uitgegeven de vijfde juli 1983

De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

NOTA VAN TOELICHTING

De richtlijn (EEG) nr. 82/624 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 juli 1982 (PbEG L 252), houdende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn (EEG) nr. 76/765 van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake alcoholmeters en areometers voor alcohol, bevat wijzigingen van de voorschriften waaraan thermometers die worden gebruikt bij de bepaling van het alcoholgehalte van mengsels van water en alcohol, moeten voldoen. Bedoelde richtlijn heeft zowel betrekking op losse thermometers, die in combinatie met alcoholmeters of areometers voor alcohol mogen worden gebruikt, als op thermometers die in die meetmiddelen zijn ingebouwd.

In verband met die richtlijn is een wijziging nodig van twee op de IJkwet 1937 (Stb. 627) berustende regelingen.

Allereerst is een wijziging van het Meetmethodebesluit (Stb. 1980, 539) nodig. Dat besluit bevat regelen omtrent de methode, die ter bepaling van het alcoholgehalte van voornoemde mengsels moet worden gevolgd. Tot die regelen behoren onder meer voorschriften ten aanzien van losse thermometers, die in combinatie met niet van ingebouwde thermometers voorziene alcoholmeters of areometers voor alcohol, die EEG-geijkte meetmiddelen of daaraan gelijkwaardig zijn, gebruikt mogen worden.

De in artikel I, onder A, vervatte wijziging van artikel 2, derde lid, onder a en b, voorziet voor de losse thermometers in een aanpassing aan de richtlijn. Daarbij is tevens de aanhef van onderdeel a verduidelijkt door in plaats van alcoholmeters en areometers van een door Onze Minister aangewezen nauwkeurigheidsklasse te spreken van «alcoholmeters en areometers voor alcohol van de door Onze Minister krachtens artikel 28, tweede lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit aangewezen nauwkeurigheidsklasse I». De nauwkeurigheidsklassen voor bedoelde meetmiddelen zijn bepaald bij de EEG-IJkbeschikking alcoholmeters en areometers voor alcohol van 27 oktober 1980 (Stcrt. 1980, 211).

Voorts is ter uitvoering van voorengenoemde richtlijn een wijziging van de EEG-IJkbeschikking alcoholmeters en areometers voor alcohol nodig, voor zover het betreft de bestaande bepalingen voor thermometers die zijn ingebouwd in voor EEG-keuring vatbare alcoholmeters en areometers; beoogd wordt die wijziging gelijktijdig met het onderhavige besluit in werking te doen treden. Die wijziging zal doorwerken in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Meetmethodebesluit, zodat ook de thermometers, die zijn ingebouwd in alcoholmeters en areometers voor alcohol, die gelijkwaardig zijn aan soortgelijke EEG-geijkte meetmiddelen, aan de nieuwe voorschriften moeten voldoen bij de inwerkingtreding van de vorenbedoelde wijziging van de EEG-IJkbeschikking alcoholmeters en areometers voor alcohol.

Ten gevolge van de vele urgente werkzaamheden en beperkte mankracht is het tot mijn spijt niet gelukt de desbetreffende richtlijn vóór de daarin bepaalde datum, 1 mei 1983, uit te voeren. Derhalve is er in voorzien dat het onderhavige besluit zo spoedig mogelijk in werking treedt.

In artikel II zijn bepalingen van overgangsrecht vervat.

Hierbij is rekening gehouden met bij handelaren en gebruikers nog per de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit aanwezige voorraden van aan de tot die datum geldende voorschriften beantwoordende, losse thermometers en alcoholmeters en areometers die gelijkwaardig zijn aan soortgelijke EEG-geijkte meetinstrumenten. Aan de voorwerpen zelf is niet te zien op welk tijdstip zij in de handel zijn gebracht of in gebruik zijn genomen. Derhalve is, in aanmerking genomen hun wegens hun breekbaarheid betrekkelijk geringe levensduur, gedurende ruim een jaar na de datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit, het gebruik van die voorwerpen, voor zover zij voldoen aan de vóór die datum geldende voorschriften, in het kader van artikel 2, eerste lid, van het Meetmethodebesluit nog toegestaan.

Volledigheidshalve zij vermeld, dat op de voet van de richtlijn 76/765 het gebruik van alcoholmeters en areometers voor alcohol die vóór de datum van inwerkingtreding van vorenbedoelde wijziging van de EEG-IJkbeschikking alcoholmeters en areometers voor alcohol de eerste EEG-ijk met goed gevolg hebben ondergaan, ook nadien is toegestaan (artikel 2, eerste en tweede lid, onder a, van het Meetmethodebesluit). Met ingang van bedoelde datum zullen alcoholmeters en areometers voor alcohol bij onderwerping aan het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring of aan de eerste EEG-ijk echter getoetst worden aan de nieuwe voorschriften, die ten gevolge van de hiervoor aangekondigde wijziging van de EEG-IJkbeschikking alcoholmeters en areometers voor alcohol zullen gelden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. H. van Zeil