

30

Besluit van 23 januari 1986 tot wijziging van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) en het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, P.H. van Zeil, van 6 november 1985, nr. 685/1169 W.J.A.;

Overwegende, dat het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) en het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676) gewijzigd dienen te worden in verband met de uitvoering van de richtlijn (EEG) nr. 83/128 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 (PbEG L 91) tot wijziging van de richtlijn (EEG) nr. 76/764 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake glazen koortsthermometers met kwikvulling en maximuminrichting;

Gelet op de artikelen 21a en 21b van de IJkwet 1937 (Stb. 627);

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 1985, nr. W10.85.0578/26.5.51);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 14 januari 1986, nr. 685/1417 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168)¹ wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 2, derde lid, onderdeel a, wordt «de meetmiddelen, die in het eerste lid, onder b, 1° en 2°, c, 3°, sub IV, en 4°, en e, 1°, zijn aangewezen» vervangen door: de meetmiddelen, die in het eerste lid, onder b, 1° en 2°, en c, 3°, sub IV, en 4°, zijn aangewezen.

ARTIKEL II

Het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676)² wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 3a, tweede lid, wordt aan het slot een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

g. voor glazen koortsthermometers met kwikvulling en maximuminrichting f 5500,00.

¹ Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 december 1984 (Stb. 643).

² Laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 december 1985 (Stb. 706).

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken. Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant van 11 maart 1986, nr. 49.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 23 januari 1986

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. H. van Zeil

Uitgegeven de *dertiende* februari 1986

De Ministerie van Justitie,
F. Korthals Altes

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel I

De richtlijn (EEG) nr. 83/128 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 (PbEG L 91) bepaalt dat glazen koortsthermometers met kwikvulling en maximuminrichting zijn onderworpen aan EEG-modelgoedkeuring en eerste EEG-ijk. Tot nog toe waren zij alleen onderworpen aan eerste EEG-ijk.

Glazen koortsthermometers zijn in artikel 2, eerste lid, van het Algemeen EEG-IJkbesluit (Stb. 1978, 168) aangewezen als meetmiddelen waarop op verzoek de EEG-keuring wordt toegepast. Volgens het tweede lid omvat de EEG-keuring het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring en de eerste EEG-ijk. In het derde lid wordt onder meer voor glazen koortsthermometers de EEG-keuring beperkt tot de eerste EEG-ijk.

Bij het onderhavige besluit dat strekt ter uitvoering van voormelde EEG-richtlijn wordt deze beperking opgeheven.

Artikel II

De invoering van het onderzoek tot EEG-modelgoedkeuring als eerste vorm van EEG-keuring, die moet voorafgaan aan de eerste EEG-ijk, maakt de vaststelling van een tarief voor dat onderzoek nodig. De wijziging van artikel 3a, tweede lid, van het IJktarievenbesluit 1968 (Stb. 676) voorziet in een kostendekkend tarief daarvoor.

Artikel III

De datum van inwerkingtreding van het onderhavige besluit dient ingevolge artikel 2 van de richtlijn (EEG) nr. 83/128 gelijk te zijn aan de datum waarop de richtlijn (EEG) nr. 84/414 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 juli 1984 (PbEG L 228) tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van richtlijn (EEG) nr. 76/764 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1976 door de Lid-Staten moet zijn uitgevoerd, te weten 1 januari 1986. Aangezien helaas inwerkingtreding van het onderhavige besluit met ingang van die datum praktisch niet meer mogelijk is, is voorzien in een inwerkingtreding op de kortst mogelijke termijn.

Ter uitvoering van voornoemde richtlijn van de Commissie zal worden voorzien in een wijziging van de EEG-IJkbeschikking koortsthermometers (Stcrt. 1978, 117), die op dezelfde datum in werking zal treden als het onderhavige besluit.

Deregulering

Het onderhavige besluit is getoetst aan de hand van de beknopte vragenlijst, opgenomen in de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur, vastgesteld bij besluit van de minister-president van 16 januari 1985, nr. 351994. Bij deze toetsing zijn geen bezwaren gebleken.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
P. H. van Zeil