

Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 3

11 november 2002

De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 3 van het Besluit
alcoholonderzoeken,

Besluit:

Artikel 1

1. Voor de toepassing van artikel 3 van het Besluit alcoholonderzoeken van 24 september 1987, Stb. 432, zoals nadien gewijzigd, worden de volgende typen ademanalyseapparaten aangewezen:

- a. ademanalyseapparaten van het type National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK-87401;
- b. ademanalyseapparaten van het type Dräger Alcotest 7110-NL die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK88402;
- c. ademanalyseapparaten van het type Intoximeters Inc. Intox EC/I R die zijn voorzien van het goedkeuringsteken T5973.

2. Met de in het eerste lid bedoelde apparatuur wordt gelijkgesteld apparatuur die rechtmatig is geproduceerd of in de handel is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig is geproduceerd in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en die tenminste aan gelijkwaardige technische eisen voldoet.

Artikel 2

De Beschikking van de Minister van Justitie van 25 augustus 1999, nr. 782858/99/6, tot aanwijzing van de ademanalyseapparaten van het type National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II en van het type Dräger Alcotest 7110-NL, Regeling typeaanwijzing ademanalyse-apparaat 2, (Stcrt.1999, nr. 174) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-

tekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 3.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 november 2002.

De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner.

Toelichting

De reden van publicatie van de regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat 3 is gelegen in de omstandigheid dat het Nederlands Meetinstituut, de keuringsinstelling die door het Ministerie van Justitie is aangewezen om meetmiddelen voor bewijsvoering in handen van de politie te testen, een derde ademanalyseapparaat goedgekeurd heeft. Telkens wanneer een nieuw ademanalyseapparaat aan de gestelde voorschriften voldoet dient een aangepaste Regeling Typeaanwijzing te worden goedgekeurd en gepubliceerd. Een ademanalyseapparaat voor bewijsdoeleinden moet behoren tot een type dat is goedgekeurd door de keuringsinstelling aan de hand van punt 4.3 van bijlage 1 bij de regeling van 25 september 1987, nr. 412/687, houdende Regeling ademanalyse, zoals later gewijzigd. In genoemde bijlage worden voorschriften met betrekking tot de ademanalyseapparatuur en het onderzoek daarvan in de vorm van algemene, bijzondere en metrologische voorschriften beschreven.

Blijkens de Verklaring van toelating van 12 december 2001 van het Nederlands Meetinstituut (Nmi), afgegeven door Nmi Certin B.V. is het ademanalyseapparaat van het fabrikaat Intoximeters Inc. Type Intox EC/IR toegelaten als wettig ademanalyseapparaat voor bewijsdoeleinden conform de Regeling ademanalyse. Bovengenoemd ademanalyseapparaat is beschreven in de

beschrijving van Nmi Certin B.V. onder nummer T5973 revisie 0 en gedocumenteerd in de documentatie-map nummer T5973-1 die bij de Verklaring van toelating behoort. De in de Beschikking van de Minister van Justitie van 25 augustus 1999, nr. 782858/99/6 genoemde ademanalyseapparaten van het type National Patent Analytical Systems Inc. BAC Datamaster II die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK-87401, en van het type Dräger Alcotest 7110-NL die zijn voorzien van het goedkeuringsteken IJK-88402, kunnen hiernaast nog steeds door de politie aangewend worden als wettig ademanalyseapparaat voor bewijsdoeleinden.

De ontwerp-regeling typeaanwijzing ademanalyse-apparaat 3 is, ingevolge artikel 8 van de notificatierichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, op 1 juli 2002 aan de Europese Commissie voorgelegd. Naar aanleiding hiervan zijn geen reacties ontvangen, waardoor deze regeling kan worden vastgesteld.

De Minister van Justitie,
J.P.H. Donner.